

調達品目表 (6630003A)

統制番号: K25S-013EL4TB-NE5-0002

調達要求番号	DP140154031466	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	平成25年 6月24日	作成年月日	平成24年 5月29日
仕様書番号	C&LPS-P00007-10		

品名	カタログ製品名 ^注	数 量
導電率測定器	MBA Instruments GmbH 社 MLA900 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1 EA

注¹ この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

1.1 性能等

- a) 測定内容 : 導電率測定及び温度測定ができること。
- b) 導電率測定範囲 : 0～1999 p s / m
- c) 導電率精度 : ±2%
- d) 温度測定範囲 : -20～+60℃
- e) 温度精度 : ±0.5℃
- f) ケーブルの長さ : 2m以上

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料 : 不要
- b) 取扱説明書 : 本体に1部